IT Termometro Digitale Pediatrico DIGI BABY

ISTRUZIONI PER L'USO
Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso e conservare per futuro riferimento.

Termometro a misurazione diretta.

AVVERTENZE
Precedentemente al primo utilizzo e dopo ogni misurazione pulire e sanitizzare la sonda. Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. Non lasciare mai solo il bambino durante la misurazione della temperatura. Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere inghiottiti dai bambini e metterne a rischio la salute. L'eventuale utilizzo su soggetti con ridotte capacità cognitive deve avvenire sotto supervisione di un adulto. Il termometro è destinato esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea. In caso di urti, cadute o qualora sussistano dubbi sul funzionamento del prodotto, rivolgersi al distributore. In caso di dubbio o di rialzo della temperatura consultare il medico. Riporre il termometro nella custodia protettiva dopo l'utilizzo. Non tentare di aprire, modificare o riparare il termometro. Per assicurarsi di misurare in modo corretto la temperatura seguire le seguenti istruzioni.

MODALITÀ D'USO:
1. Accendere il termometro premendo il pulsante ON/OFF
2. Sul visore appariranno in ordine le seguenti scritte:
'88.8°F »"ultima misurazione effettuata" (es. 36.0°C M/96.8°F M)» "37.0°C/98.6°F" (temperatura di autotest) » "Lo°C/ Lo°F" con °C lampeggiante ad indicare l'inizio della misurazione (il termometro inizierà a misurare la temperatura non appena esposto al calore del corpo).
3. Posizionare il termometro:
   a. Uso Ascellare (60 sec.): posizionare la punta della sonda nel cavo ascellare e premere il braccio contro il corpo.
   b. Uso Orale (60 sec.): posizionare la punta della sonda nel retto per alcuni mm. Se durante tale operazione si rileva resistenza interrompere immediatamente. Per misurare la temperatura al neonato per via rettale, sdraiarlo su un piano rigido su un lato e spostare le gambine verso il petto tenendolo fermo in modo che non possa voltarsi durante la misurazione. Ricordare che la temperatura corporea interna è sempre leggermente superiore a quella esterna (circa 0,5°C).
   c. Uso Rettale (60 sec.): inserire la punta della sonda nel retto per alcuni mm. Se durante tale operazione si rileva resistenza interrompere immediatamente. Per misurare la temperatura al neonato per via rettale, sdraiarlo su un piano rigido su un lato e spostare le gambine verso il petto tenendolo fermo in modo che non possa voltarsi durante la misurazione. Ricordare che la temperatura corporea interna è sempre leggermente superiore a quella esterna (circa 0,5°C).
4. Un segnale acustico avvisa dell'avvenuta rilevazione. ALLARME FEBBRE: Se la temperatura è ≥ 37.8 °C (≥ 100.0 °F), viene emesso un suono di allarme.
5. Se viene visualizzata la scritta Lo°C/ Lo°F il termometro ha misurato una temperatura inferiore al valore minimo dell'intervallo di misurazione. Se viene visualizzata la scritta Hi°C/ HiºF il termometro ha misurato una temperatura superiore al valore massimo dell'intervallo di misurazione. In questi casi si suggerisce di verificare il corretto posizionamento del termometro e ripetere la misura.
6. Dopo la rilevazione spegnere il termometro premendo il pulsante (se viene dimenticato acceso si spegnerà da solo dopo circa 10 minuti).

SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F
Per passare da una scala all'altra, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per 2 secondi dopo i quali sarà visualizzato il cambio di unità di misura. Rilasciare il pulsante, il termometro avvia automaticamente la procedura di autotest per procedere con la misurazione.

SOSTITUZIONE DELLA PILA
Il termometro è alimentato da una pila tipo LR-41 (o L736) la cui durata minima è di 1500 misurazioni. La visualizzazione del simbolo " " indica che la batteria è scarica. Per sostituire la batteria: sfilare il coperchio dopo aver rimosso la vite di sicurezza aiutandosi con un piccolo cacciavite, sostituire la pila scarica. Assicurarsi di avere posizionato la pila correttamente, con il segno "+" rivolto verso il basso. Chiudere accuratamente lo sportello del compartimento pile e riavvitare la vite. Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le indicazioni riportate alla fine delle istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini: se ingerite sono tossiche.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Il termometro e la sua sonda possono essere puliti utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto con alcool o soluzioni disinfettanti. La sonda è waterproof. Lo strumento non è impermeabile, non immergerlo o fare entrare acqua o altri liquidi. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, solventi o benzene.

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di misurazione della temperatura: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)
Accuratezza: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); ±0,2°C (0.4°F) <35,5°C >42,0°C;
Alimentazione: pila LR41-L736:1.5V DC o pila equivalente
Temperatura di utilizzo: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), umidità relativa compresa tra 15% e 95% non soggetto a condensa; 700hPa - 1060 hPa
Vita utile attesa: 10000 misurazioni

- Intervallo di temperatura per la conservazione: -25°C~55°C
- Conservare in un luogo asciutto. Intervallo di umidità per la conservazione: 20%-85%
- Intervallo di pressione atmosferica di conservazione: 700-1060hPa
- Parte applicata di tipo BF
- **IP22** Grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni/diametro ≥ di 12 mm e di liquidi in presenza di gocciolamento con inclinazione di 15° rispetto il prodotto.
- Fabbricante (manufacturer) (Direttiva 93/42/CEE modificata dalla direttiva 2007/47/CE)
- LOT Lotto di Produzione
- REF Codice di riferimento a catalogo del prodotto
- Rappresentante europeo autorizzato
- Attenzione
- CE 0197 Marchio CE con numero di registrazione dell'Organismo notificato. Ciò indica la conformità della Direttiva europea 93/42/CEE sui Dispositivi medici.
- Manuale di istruzioni
- Termometro Digitale

Conforme alla direttiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE
Conforme alla norma EN 12470-3:2000+A1:2009
Termometri clinici — parte 3: prestazione dei termometri elettrici compatti (a comparazione e estrapolazione) aventi un dispositivo di massimo.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
I dispositivi elettromedicali necessitano di precauzioni speciali in materia di compatibilità elettromagnetica e devono essere installati e messi in funzione secondo le informazioni di compatibilità elettromagnetica fornite. Interferenza di frequenze radio/elettromagnetiche (CEM/RFI): le letture possono subire interferenze se l'apparecchio viene utilizzato in un campo elettromagnetico con radiofrequenza pari o superiore a 10 Volt per metro, ma le prestazioni dell'apparecchio non saranno compromesse in modo permanente. Mantenere il termometro ad almeno 1 m di distanza dai trasmettitori a radiofrequenza per evitare interferenze.

Il Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 è progettato per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico con le caratteristiche sotto specificate. L'acquirente o utilizzatore del Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 è tenuto ad assicurarsi che l'apparecchio venga utilizzato in un ambiente conforme a tali specifiche.

Dichiarazione del produttore e linee guida - emissioni elettromagnetiche

Fenomeno	Strutture sanitarie professionali *)	AMBIENTE DOMESTICO *)
EMISSIONI in radiofrequenza condotte e irradiate	*)	CISPR 11 Gruppo 1 Classe B
Distorsione armonica e fluttuazioni di tensione/flicker (sfarfallamento)	Non applicabile	

a) L'apparecchio è progettato per l'uso in ambiente domestico o in strutture sanitarie professionali e può essere utilizzato esclusivamente nelle camere di degenza e in reparti destinati al trattamento o alla diagnosi ambulatoriale di ospedali e cliniche. Sono stati considerati e applicati i limiti di accettazione più restrittivi previsti per il Gruppo 1 Classe B (CISPR 11).

Dichiarazione del produttore e linee guida - Immunità elettromagnetica - Porta: involucro

Fenomeno		Livelli prova immunità	
		Strutture sanitarie professionali	AMBIENTE DOMESTICO *)
SCARICHE ELETTROSTATICHE	IEC 61000-4-2	± 8 kV contatto ± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aria	
Campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati	IEC 61000-4-3	*)	10 V/m b) 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM at 1 kHz
Campi in prossimità di apparecchiature di comunicazione wireless in radiofrequenza	IEC 61000-4-3	CONFORME NOTA: è possibile richiedere ulteriori informazioni sulle distanze di separazione tra apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 contattando Artsana S.p.A. o il costruttore VEGA Technologies Inc. mediante i recapiti riportati nel presente libretto. Si consiglia comunque di mantenere il termometro a una distanza adeguata (almeno 1 m) da telefoni cellulari o altri apparecchi di comunicazione a radiofrequenza, al fine di ridurre le possibili interferenze.	
Campi magnetici alla frequenza NOMINALE di rete	IEC 61000-4-8	30 A/m c) 50 Hz o 60 Hz	

*) L'apparecchio è progettato per l'uso in ambiente domestico o in strutture sanitarie professionali e può essere utilizzato esclusivamente nelle camere di degenza e in reparti destinati al trattamento o alla diagnosi ambulatoriale di ospedali e cliniche. Nelle prove di immunità sono stati considerati e applicati i limiti di accettazione più restrittivi.
b) Prima della modulazione.
c) Questo livello di prova presuppone una distanza minima di almeno 15 cm tra il Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 e le sorgenti di campi magnetici alla frequenza di rete.

GARANZIA
Il termometro è garantito contro ogni difetto di fabbricazione, in normali condizioni di uso, secondo quanto previsto nel manuale di istruzioni, per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non sarà applicata in caso di danni derivanti da un utilizzo improprio. In caso di riparazione nel periodo di garanzia, inviare il termometro con relativa prova d'acquisto (da esibire) al distributore che si occuperà della riparazione o della sostituzione gratuita. La presente garanzia non conferisce all'acquirente nessun particolare diritto di natura legale. I diritti dell'acquirente possono variare da paese a paese o da stato a stato. Nel caso di problemi non segnalati nel presente manuale rivolgersi al servizio clienti numero verde 800 188 898. Il prodotto utilizzato e manutenuto secondo istruzioni d'uso non ha una vita utile limitata. In caso di rottura o danneggiamento smaltire secondo le istruzioni.

EN Digital Paediatric Thermometer DIGI BABY

INSTRUCTIONS FOR USE
Please read carefully the warnings and instructions before use and keep for future reference.

Thermometer for direct measurement.

WARNING
Clean and sanitize the probe prior to use and after each measurement. This device is not a toy and must be kept in a safe place out of the reach of children. Never leave the child unattended while measuring their temperature. The thermometer contains small parts (batteries, etc.) that could be harmful if swallowed. Any use upon individuals with limited cognitive abilities must be supervised by an adult. The thermometer must only be used for measuring the body temperature. If the product is subjected to any jolts or falls, or if you have any doubts regarding its functionality, please contact your local distributor. In the event of any doubts or high temperature measurements, consult your doctor. Place the thermometer in its protective case after use. Do not attempt to open, modify or repair the thermometer. In order to ensure correct temperature measurements, follow the instructions below.

DIRECTIONS FOR USE:
1. Press the ON/OFF button to turn the thermometer on.
2. The messages below will appear on the display in the order in which they are listed:
'88.8°F » "Last measurement taken" (ex. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (self-test temperature) » "Lo°C/ Lo°F" with °C flashing to indicate the start of the measurement (the thermometer will begin measuring the temperature as soon as it is exposed to the body's heat)
3. Position the thermometer:
   a. Armpit Use (60 sec.): place the tip of the probe in the armpit and press the arm against the body.
   b. Oral Use (60 sec.): place the tip of the probe under the tongue and close the mouth.
   c. Rectal Use (60 sec.): insert the tip of the probe a few millimetres into the rectum. Stop immediately if any resistance is encountered during this operation. In order to measure the infant's temperature rectally, lay the infant on their side on a hard surface and bend their legs toward their chest, holding them still so that they cannot turn over during the measurement. Remember that the body's internal temperature is always slightly higher than its external temperature (by about 0.5 °C).
4. An acoustic signal indicates when the measurement has been completed. FEVER ALARM: An alarm will sound if the temperature is ≥ 37.8 °C (≥ 100.0 °F).
5. If the message Lo°C/Lo°F appears on the display, this means that the measured temperature is below the minimum value of the measurement range. If the message Hi°C/HiºF appears on the display, this means that the measured temperature is above the maximum value of the measurement range. In these cases, it is recommended to verify the thermometer's proper positioning and to repeat the measurement.
6. After the temperature measurement has been taken, press the ON/OFF button to turn the thermometer off (if the thermometer is left on, it will turn itself off automatically after about 10 minutes).

SELECTING THE UNIT OF MEASURE (°C/°F)
In order to change the unit of measure, hold down the ON/OFF button for 2 seconds with the thermometer off. The change in the unit of measure will be displayed on the screen. Upon releasing the button, the thermometer automatically performs its self-test procedure in order to allow for temperature measurements to be taken.

REPLACING THE BATTERY
The thermometer is powered by an LR-41 (or L736) battery, which has a minimum duration of at least 1500 measurements. The " " symbol appears to indicate that the battery is low. To replace the battery: remove the safety screw with a small screwdriver, remove the cover and replace the old battery. Make sure you have positioned the new battery properly, with the "+" sign facing down. Carefully replace the cover to the battery compartment and tighten the screw. The used batteries must be disposed of in appropriate recycling containers, in accordance with the indications provided at the end of the instructions. The batteries are toxic if swallowed and must be kept out of the reach of children.

CLEANING AND DISINFECTION
The thermometer and its probe can be cleaned using a cotton swab moistened with alcohol or a disinfectant solution. The probe is waterproof. The instrument, however, is not waterproof and must not be submerged or placed in contact with water or any other liquids. Never use abrasive detergents, solvents or benzene.

TECHNICAL SPECIFICATION
Temperature range: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)
Reading accuracy: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); ±0,2°C [0.4°F] <35,5°C >42,0°C;
Powered by: LR 41 (L736):1.5V DC battery or equivalent
Extent of operation: 10°C – 35°C (50°F - 95°F) and relative humidity of between 15% and 95% not subject to condensation; 700hPa - 1060 hPa
Expected useful life: 10000 measurements

- Storage temperature range should be: -25°C~55°C
- Always store the appliance in a clean, dry place. Storage humidity range: 20%-85%
- Storage atmospheric pressure range: 700-1060hPa
- Applied parts: BF type
- **IP22** Level of protection against the insertion of solid bodies of size/diameter ≥ 12 mm and liquids in the presence of dripping water when tilted at 15° compared with product.
- Manufacturer (Directive 93/42/EEC amended by Directive 2007/47/EC)
- LOT Production Batch
- REF Product catalogue reference code
- European Authorized Representative
- Caution
- CE 0197 CE marking with the Registration Number of the Notified Body. This denotes compliance with European Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
- Instructions Manual
- Digital Thermometer

Complies with MDD 93/42/CEE and 2007/47/EC Standard requirements.
Complies with EN 12470-3:2000+A1:2009 Standard requirements
Clinical thermometers — part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the following EMC information. Electromagnetic/Radio Frequency Interference (EMC/RFI): Readings may be affected if the unit is operated within a radio frequency electromagnetic field strength of approximately 10 volts per meter, but the performance of the instrument will not be permanently affected. Care should be taken to keep the thermometer at least 1 m away from RF transmitters to avoid radio frequency interference.

The Chicco DigiBaby [REF] 00009059000000 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Chicco DigiBaby [REF] 00009059000000 should assure that it is used in such an environment.

Guidance and manufacturer's declaration – Electromagnetic emissions

Phenomenon	Professional healthcare facility environment *)	HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT *)
Conducted and radiated RF EMISSIONS	*)	CISPR 11 Group 1 Class B
Harmonic Distortion and Voltage Fluctuations and Flicker	Not Applicable	

a) The equipment is suitable for use in Home Health Environment and Professional Health Care Environment limited to patient rooms and respiratory treatment facilities in hospital or clinics. The more restrictive acceptance limits of Group 1 Class B (CISPR 11) have been considered and applied.

Guidance and manufacturer's declaration – Electromagnetic immunity – Enclosure port

Phenomenon		Immunity test levels	
		Professional healthcare facility environment	HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT *)
ELECTROSTATIC DISCHARGE	IEC 61000-4-2	± 8kV contact ± 2 kV, ±4kV, ±8 kV, ±15 kV air	
Radiated RF EM fields	IEC 61000-4-3	*)	10 V/m b) 80MHz – 2,7 GHz 80% AM at 1kHz
Proximity fields from RF wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	COMPLY NOTE: Further information on separation distances between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Chicco DigiBaby [REF] 00009059000000 can be requested to Artsana S.p.A or the manufacturer Vega Technologies Inc., through the contact indicated in the present manual. However, it is advisable to keep the thermometer at adequate distance of, at least, 1 m from mobile phones or other RF communications transmitters in order to reduce possible interferences.	
RATED power frequency magnetic fields.	IEC 61000-4-8	30 A/m c) 50 Hz or 60 Hz	

*) The equipment is suitable for use in Home Health Environment and Professional Health Care Environment limited to patient rooms and respiratory treatment facilities in hospital or clinics. The more restrictive IMMUNITY acceptance limits) have been considered and applied.
b) Before modulation is applied.
c) This test level assumes a minimum distance between the Chicco DigiBaby [REF] 00009059000000 and sources of power frequency magnetic field of at least 15 cm.

WARRANTY
This thermometer is guaranteed free of manufacturing faults, under normal conditions of use according to the manual instructions, for a period of up to two years from the date of purchase. This guarantee does not apply to damage resulting from improper use. Should repair be needed within the warranty period, send the thermometer with the proof of purchase (which must be provided) to your distributor, who will repair it or replace it free of charge. This warranty does not give the purchaser any particular legal rights; the rights of the purchaser may vary from country to country or state to state. In case of problems not reported in this manual, please contact your Artsana S.p.A dealer or distributor. The product used and maintained according to instructions has an unlimited life span. In the event of breakage or damage, dispose of according to instructions.

ES Termómetro Digital Pediátrico DIGI BABY

INSTRUCCIONES DE USO
Antes del uso leer atentamente las advertencias y las modalidades de uso y conservar para futuras consultas.

Termómetro de medición directa.

ADVERTENCIAS
Antes del primer uso y después de cada medición, limpie y esterilice la sonda. Mantener en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, no es un juguete. No deje nunca solo al niño durante la toma de la temperatura. El termómetro contiene pequeños componentes (pilas, etc) que pueden ser ingeridos por los niños y poner en riesgo su salud. El uso en personas con capacidades cognitivas reducidas debe realizarse bajo la supervisión de un adulto. El termómetro sirve únicamente para la medición de la temperatura corporal. En caso de golpes, caídas o cuando existan dudas sobre el funcionamiento del producto, dirijase al distribuidor. En caso de dudas o de aumento de la temperatura, consulte con el médico. Después del uso guardar el termómetro nuevamente en su caja protectora. No intente abrir, modificar o reparar el termómetro. Para asegurarse de realizar una toma correcta de la temperatura, siga las siguientes instrucciones.

MODALIDAD DE USO
1. Encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF.
2. En el visor aparecerán en el siguiente orden las siguientes leyendas:
'88.8°F » "Última medición realizada" (ej. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (temperatura de auto test) » "Lo°C/ Lo°F" con °C que parpadea para indicar el inicio de la medición (el termómetro iniciará a tomar la temperatura en cuanto sea expuesto al calor corporal)
3. Colocación del termómetro:
   a. Para uso Axilar (60 seg.): coloque la punta de la sonda en la cavidad axilar y presione el brazo contra el cuerpo.
   b. Para uso Oral (60 seg.): coloque la punta de la sonda en la parte inferior de la boca, debajo de la lengua y cierre la boca.
   c. Para uso Rectal (60 seg.): introduzca la punta de la sonda unos mm. en el recto. Si durante dicha operación detecta una resistencia, interrumpa inmediatamente la operación. Para medir la temperatura del recién nacido por vía rectal, coloque al niño sobre un plano rígido apoyado sobre un costado y lleve sus piernas hacia el pecho sin que se mueva para que no pueda darse la vuelta durante la medición. Recuerde que la temperatura corporal interna es siempre ligeramente superior a aquella externa (unos 0,5°C).
4. Una señal acústica avisa cuando ha terminado la medición. ALARMA FIEBRE: Si la temperatura es ≥ a 37.8 °C (≥ 100.0 °F), se emite una alarma.
5. Si se visualiza la leyenda Lo°C/ Lo°F el termómetro ha medido una temperatura inferior al valor mínimo del intervalo de medición. Si se visualiza la leyenda Hi°C/ HiºF el termómetro ha medido una temperatura superior al valor máximo del intervalo de medición. En estos casos se recomienda verificar el funcionamiento correcto del termómetro y repetir la medición.
6. Después de la toma de la temperatura, apague el termómetro presionando el botón (si se olvida de apagarlo, se apagará solo pasados unos 10 minutos).

SELECCIÓN DE LA ESCALA °C/°F
Para pasar de una escala a otra, con el termómetro apagado, mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos, tras el cual se visualizará el cambio de unidad de medida. Suelte el botón, el termómetro inicia automáticamente el procedimiento de auto test para realizar la medición.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA
El termómetro está alimentado por una pila tipo LR-41 (o L736) con una duración mínima de 1500 mediciones. La visualización del símbolo " " indica que se ha descargado la batería. Para sustituir la pila: quite la tapa después de haber quitado el tornillo de seguridad ayudándose con un pequeño destornillador; sustituya la pila usada. Asegúrese de haber colocado correctamente la pila, con el signo "+" dirigido hacia abajo. Cierre cuidadosamente la tapa del compartimiento pilas y enrosque el tornillo. Las pilas usadas deben tirarse en los respectivos contenedores para la recogida selectiva según las indicaciones presentes al final de las instrucciones. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños: si se ingieren son tóxicas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El termómetro y su sonda pueden limpiarse utilizando un disco de algodón humedecido en alcohol o en soluciones desinfectantes. La sonda es impermeable. El instrumento no es impermeable, por lo tanto, no lo sumerja en el agua ni permita que le entre agua u otros líquidos. No utilice nunca detergentes abrasivos, solventes o benceno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intervalo de medición: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)
Precisión de la medición: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); ±0,2°C [0.4°F] <35,5°C >42,0°C;
Alimentación: pila LR 41 (L736):1.5V DC o pila equivalente
Entorno de funcionamiento: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), con humedad relativa comprendida entre 15% y 95% no sujeto a condensación; 700hPa - 1060 hPa
Vida útil estimada: 10.000 mediciones

- Nivel de temperatura para la conservación -25°C~55°C
- Mantener el dispositivo en un lugar seco. Nivel de humedad para la conservación 20%-85%
- Intervalo de presión atmosférica de conservación: 700-1060hPa
- Parte aplicada de tipo BF
- **IP22** Grado de protección contra la entrada de cuerpos sólidos de dimensiones/diámetro ≥ de 12 mm y de líquidos en presencia de goteo con inclinación de 15° con respecto al producto.
- Fabricante (manufacturer) (Directiva 93/42/CEE modificada por la directiva 2007/47/CE)
- LOT Lote de producción
- REF Código de referencia en el catálogo del producto
- Representante europeo autorizado
- Advertencia
- CE 0197 Marca CE con número de registro del Organismo Notificado. Esto indica que es conforme a la Directiva Europea 93/42/CEE sobre los productos sanitarios.
- Manual de instrucciones
- Termómetro Digital

Conforme a la directiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE
Conforme a la norma EN 12470-3:2000+A1:2009
Termómetros clínicos — parte 3: termómetros eléctricos compactos (de comparación y extrapolación) con dispositivo de máxima.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Los aparatos electromédicos requieren de precauciones específicas en materia de compatibilidad electromagnética y deben instalarse y ponerse en funcionamiento conforme a la siguiente información sobre compatibilidad electromagnética. Interferencia de frecuencias radio/electromagnéticas (CEM/RFI): las lecturas pueden verse afectadas por interferencias, si el aparato se utiliza en un campo electromagnético con radiofrecuencia equivalente o superior a 10 V por metro, aunque el rendimiento del aparato no se vea comprometido de forma permanente. Mantenga el termómetro al menos a 1 m de distancia de los transmisores de radiofrecuencia para evitar interferencias.

Le Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 est apte à fonctionner dans un environnement électromagnétique ayant les caractéristiques spécifiées ci-dessous. L'acheteur ou l'utilisateur du Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 est tenu de s'assurer qu'il est utilisé dans un environnement conforme à ces spécifications.

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques

Phénomène	Structures sanitaires professionnelles *)	ENVIRONNEMENT DE SOIN À DOMICILE *)
ÉMISSIONS en radiofréquence conduites et irradiées	*)	CISPR 11 Groupe 1 Classe B
Distorsion harmonique et fluctuations de tension/flicker (papillotement)	Non applicable	

a) L'appareil a été conçu pour être utilisé dans des environnements de soin à domicile et professionnels, et exclusivement dans les chambres des patients et dans les services destinés au traitement ou au diagnostic ambulatoire dans les hôpitaux et les cliniques. Les limites d'acceptation les plus restrictives du Groupe 1 Classe B (CISPR 11) ont été considérées et appliquées.

Déclaration et directives du fabricant - Immunité électromagnétique - Entrée : Enveloppe

Phénomène		Niveaux d'essai d'immunité	
		Structures sanitaires professionnelles	ENVIRONNEMENT DE SOIN À DOMICILE *)
DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES	CEI 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	
Champs électromagnétiques à radiofréquence irradiés	CEI 61000-4-3	*)	10 V/m b) 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM à 1 kHz
Champs de proximité par rapport à l'équipement de communication sans fil RF	CEI 61000-4-3	CONFORME REMARQUE: d'autres informations concernant les distances à respecter entre les appareils de communication portables et mobiles RF (émetteurs) et le Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 peuvent être demandées à Artsana S.p.A. ou le fabricant VEGA Technologies Inc. en utilisant les informations de contact fournies dans la présente notice. Toutefois, il est conseillé de maintenir le thermomètre à une distance adéquate (au moins 1 m) des téléphones mobiles ou autres appareils de communications RF afin de réduire les interférences possibles.	
Champs magnétiques à fréquence NOMINALE	CEI 61000-4-8	30 A/m c) 50 Hz ou 60 Hz	

*) L'appareil a été conçu pour être utilisé dans des environnements de soin à domicile et professionnels, et exclusivement dans les chambres des patients et dans les services destinés au traitement ou au diagnostic ambulatoire dans les hôpitaux et les cliniques. Les limites d'acceptation d'IMMUNITÉ les plus restrictives ont été prises en compte et appliquées.
b) Avant application d'une modulation.
c) Ce niveau de test implique une distance minimale d'au moins 15 cm entre le Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 et les sources de champs magnétiques de fréquence électrique.

GARANTÍA
El termómetro está garantizado contra cualquier defecto de fabricación, en condiciones de uso normales, según lo previsto en el manual de instrucciones, por un período de dos años desde la fecha de compra. Esta garantía no será aplicada en caso de daños derivados de un uso inadecuado. En caso de reparación durante el período de garantía, enviar el termómetro con el documento relativo de comprobación de la compra y entregar al distribuidor que se ocupará de la reparación o de la sustitución gratuita. La presente garantía no confiere al comprador derecho especial de naturaleza legal alguna. Los derechos del comprador pueden variar según el país o el estado. En caso de problemas no indicados en el presente manual, dirigirse al revendedor o al distribuidor Artsana S.p.A. El producto utilizado y mantenido según las instrucciones de uso tiene una vida útil limitada.

PT Termómetro Digital Pediátrico DIGI BABY

INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO
Antes da utilização, leia atentamente as advertências e o modo de emprego e conserve este folheto para consultas futuras.

Termómetro com medição direta.

ADVERTÊNCIAS
Antes da primeira utilização e após cada medição, limpe e desinfete a sonda. Mantenha o termómetro em local seguro e longe do alcance das crianças. Não é um brinquedo. Nunca deixe a criança sem supervisão durante o processo de medição da temperatura. O termómetro contém peças pequenas (pilhas, etc.) que podem ser engolidas pela criança e colocar a sua saúde em perigo. O eventual uso em sujeitos com reduzidas capacidades cognitivas deve ser feito apenas sob a supervisão de um adulto. O termómetro destina-se exclusivamente à medição da temperatura corporal. Em caso de quedas, impactos ou caso existam dúvidas sobre o funcionamento do produto, contacte o distribuidor. Em caso de dúvidas ou de aumento da temperatura, consulte o seu médico assistente ou pediatra. Volte a guardar o termómetro no estojo de proteção após a sua utilização. Não tente abrir, modificar ou reparar o termómetro. Para assegurar uma medição correta, siga as instruções abaixo.

MODO DE USO
1. Prima o botão ON/OFF para ligar o termómetro.
2. No visor surgem, por ordem, as seguintes mensagens:
'88.8°F » "Última medição efetuada" (por ex. 36,0°C M/96,8°F M) » "37,0°C/98,6°F" (temperatura de autoteste) » "Lo°C/ Lo°F" com °C intermitente que indica o início da medição (o termómetro começa a medir a temperatura assim que é exposto ao calor do corpo).
3. Posicione o termómetro:
   a. Uso axilar (60 seg.): posicione a sonda na axila e pressione o braço contra o corpo.
   b. Uso oral (60 seg.): posicione a sonda na parte interior da boca, sob a língua, e feche a boca.
   c. Uso retal (60 seg.): insira a sonda no reto, apenas alguns milímetros. Se durante a operação detetar alguma resistência, interrompa a medição imediatamente. Para medir a temperatura do recém-nascido por via retal, deite-o sobre uma superfície rígida, de lado, e aproxime as pernas do peito, mantendo-o imóvel, de forma que não se vire durante a medição. Relembramos que a temperatura corporal interna é sempre ligeiramente superior à externa (cerca de 0,5 °C).
4. Quando a medição estiver concluída, ouve-se um sinal sonoro. ALARME FEBRE: Se a temperatura for ≥ 37,8 °C (≥ 100,0 °F), é emitido um sinal de alarme.
5. Se for visualizada a mensagem Lo°C/ Lo°F, o termómetro mediu uma temperatura inferior ao valor mínimo do intervalo de medição. Se for visualizada a mensagem Hi°C/ Hi°F, o termómetro mediu uma temperatura superior ao valor máximo do intervalo de medição. Nestes casos, sugere-se que verifique o posicionamento correto do termómetro e repita a medição.
6. Após a medição, desligue o termómetro pressionando o botão ON/OFF (se se esquecer do termómetro aceso, este irá desligar-se automaticamente após cerca de 10 minutos).

SELEÇÃO DA ESCALA °C/°F
Para mudar de escala, com o termómetro desligado, mantenha pressionando o botão ON/OFF durante 2 segundos. Em seguida, será visualizada a troca de unidade de medição. Solte o botão. O termómetro inicia automaticamente o procedimento de autoteste para proceder à medição.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA:
O termómetro é alimentado por uma pilha de tipo LR-41 (ou L736), cuja duração mínima é de 1500 medições. A exibição do símbolo " " indica que a pilha está descarregada. Para substituir a pilha: retire a tampa depois de desapertar o parafuso de segurança com a ajuda de uma pequena chave de fendas e substitua a pilha descarregada. Assegure-se de que posiciona a pilha corretamente, com o sinal "+" virado para baixo. Feche cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas e volte a apertar o parafuso. As pilhas descarregadas devem ser descartadas nos contentores de reciclagem específicos, de acordo com as indicações no final das instruções. Mantenha fora do alcance das crianças: as pilhas são tóxicas se ingeridas.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
O termómetro e a sonda podem ser limpos utilizando algodão embebido em álcool ou soluções desinfetantes. A sonda é à prova de água. O termómetro não é impermeável. Não o mergulhe nem deixe que entrem água ou outros líquidos. Nunca utilize detergentes abrasivos, solventes ou benzeno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Intervalo de medição: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)
Precisão da medição: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); ±0,2°C [0.4°F] <35,5°C >42,0°C;
Alimentação: pilha LR 41 (L736):1.5V DC ou outra pilha equivalente
Condições de funcionamento 10°C – 35°C (50°F - 95°F) e humidade relativa entre 15% e 95% não sujeita a condensação; 700hPa - 1060 hPa
Vida útil esperada: 10000 medições

- Amplitude de temperatura para a conservação: -25°C~55°C
- Conserve o dispositivo em local seco. Amplitude de humidade para a conservação: 20%-85%
- Faixa de pressão atmosférica de armazenagem: 700-1060 hPa
- Parte aplicada de tipo BF
- **IP22** Grau de proteção contra a entrada de corpos sólidos de dimensões/diâmetro ≥ de 12 mm e de líquidos na presença de derramamento com inclinação de 15° em relação ao produto.
- Fabricante (manufacturer) (Diretiva 93/42/CEE modificada pela diretiva 2007/47/CE)
- LOT Lote de produção
- REF Código de referência ao catálogo do produto
- Representante europeu autorizado
- Atenção
- CE 0197 Marca CE com número de registo do Órgão notificado. Isto indica a conformidade da Diretiva europeia 93/42/CEE sobre os Equipamentos médicos.
- Manual de instrucoes
- Termómetro Digital

Em conformidade com a directiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE
Em conformidade com a norma EN 12470-3:2000+A1:2009
Termómetros clínicos — parte 3: Desempenho dos termómetros eléctricos compactos (de comparação e extrapolação) com dispositivo de máximo.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
Os equipamentos elétricos para medicina requerem precauções específicas em matéria de compatibilidade eletromagnética e devem ser instalados e colocados em funcionamento de acordo com as informações de compatibilidade eletromagnética fornecidas. Interferência de frequência rádio/eletromagnéticas (CEM/RFI): as leituras podem sofrer interferências se o aparelho for utilizado num campo eletromagnético com radiofrequência igual ou superior a 10 Volt por metro, mas o desempenho do aparelho não será comprometido de forma permanente. Mantenha o termómetro a pelo menos 1 m de distância dos transmissores por radiofrequência para evitar a interferência.

O Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 está projetado para ser utilizado num ambiente eletromagnético com as características especificadas abaixo. Cabe ao comprador ou o utilizador do Chicco Digibaby [REF] 00009059000000 certificar-se de que o aparelho seja utilizado num ambiente conforme tais especificações.

Orientações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas

Fenómeno	Estabelecimentos de saúde profissionais *)	AMBIENTE DOMÉSTICO *)
EMISSÕES por radiofrequência conduzidas e irradiadas	*)	CISPR 11 Grupo 1 Classe B
Distorção harmónica e flut

ONTLADINGEN VAN STATISCHE ELEKTRICITEIT	IEC 61000-4-2	Contact ± 8kV ± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht	
Gestraalde elektromagnetische velden met radiofrequentie	IEC 61000-4-3	[4]	10 V/m [3] 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM aan 1 kHz
Velden in de buurt van draadloze communicatietoestellen in radiofrequentie	IEC 61000-4-3	CONFORM OPMERKING: voor meer informatie over de separatie-afstanden tussen draagbare en mobiele communicatietoestellen met radiofrequentie (zenders) en de Chicco Digibaby REF 00009059000000 neemt u contact op met Artsana S.p.A. of de fabrikant VEGA Technologies Inc., zie de contactgegevens in de handleiding. Er wordt in ieder geval aangeraden om de thermometer op een geschikte afstand (minimaal 1 m) te houden van mobiele telefoons of andere RF-zenderapparaten om mogelijke interferentie te beperken.	
Magnetische velden bij NOMINALE nettfrequentie	IEC 61000-4-8	30 A/m [5] 50 Hz of 60 Hz	

[4] Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professionele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan uitsluitend gebruikt worden in de verpleegruimten en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling of diagnose in ziekenhuizen en klinieken. Bij de immuniteitstests werd rekening gehouden met de meest beperkende aanvaardbaarheidsgrenzen en werden deze toegepast.
[5] Vóór de modulatie.

[1] Dit testniveau vooronderstelt een minimumafstand van tenminste 15 cm tussen de Chicco Digibaby REF 00009059000000 en de bronnen van de magnetische velden met nettfrequentie.

GARANTIE

De thermometer is onder normale gebruiksomstandigheden, volgens de handleiding, gegarandeerd vrij van fabrieksfouten voor de duur van twee jaar na datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing bij schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik. In geval van reparatie tijdens de garantieperiode stuurt u de thermometer samen met het aankoopbewijs (dat getoond moet worden) aan de dealer, die voor gratis reparatie of vervanging zorgt. Deze garantie geldt de koper geen bijzondere juridische rechten. De rechten van de koper kunnen van land tot land of van staat tot staat verschillen. Wend u tot de winkelier of de Artsana S.p.A. leverancier als het product problemen vertoont die niet in deze handleiding beschreven zijn. Het product heeft geen beperkte nuttige levensduur, mits het volgens de gebruiksaanwijzingen gebruikt en onderhouden wordt. Het product in het geval van een defect of schade in overeenstemming met de voorschriften verwijderen.

EL Ψηφιακο Θερμομετρο Για Παιδια DIGI BABY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις πιστρεβοπσιήσεις και τους τρόπους χρήσης και κρατήστε τις για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.

Θερμόμετρο άμεσης μέτρησης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν από την πρώτη χρήση και έπειτα από κάθε μέτρηση, καθαρίστε και απολυμάνετε την ακίδα. Φυλάξτε σε σίγουρο μέρος μακριά από παιδιά, δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί μόνο του κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο περιέχει μικρά εξαρτήματα (μπαταρίες, κλπ) που μπορεί να καταπιεί το παιδί και να βέσει σε κίνδυνο την υγεία του. Τυχόν χρήση σε άτομα με μειωμένες πνευματικές ικανότητες, πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου ατόμου. Το θερμόμετρο χρησιμεύει αποκλειστικά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Σε περίπτωση που χτυπηθεί, πέσει ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τη λειτουργία του προϊόντος απευθυνθείτε στο διανομέα. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες ή εάν ανεβαίνει η θερμοκρασία, συμβουλευτείτε το γιατρό. Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το θερμόμετρο στην προστατευτική θήκη. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε το θερμόμετρο. Για να είστε σίγουροι ότι μετρήσατε σωστά τη θερμοκρασία, σκουλήκητε τις παρακάτω οδηγίες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανάψτε το θερμόμετρο πατώντας το κουμπί ON/OFF
2. Στην οθόνη θα εμφανιστούν με τη σειρά τα παρακάτω μηνύματα:
"88.8 °F" » "Τελευταία μέτρηση" (πχ. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F": (δοκιμαστική θερμοκρασία) » Όταν εμφανίζεται το μήνυμα "Lo°C/ Lo°F" και το σύμβολο °C αναβοσβήνει, σημαίνει ότι αρχίζει η μέτρηση (το θερμόμετρο θα αρχίσει να μετρά τη θερμοκρασία κατευθείαν στη μετρώπιτα του σώματος)
3. Τοποθετήστε το θερμόμετρο:
   a. Μασχαλιαία Χρήση (60 δευτ.): τοποθετήστε την άκρη της ακίδας στη μασχαλιαία κοιλότητα και πιέστε το μπράτσο προς το σώμα.
   b. Στοματική Χρήση (60 δευτ.): τοποθετήστε την άκρη της ακίδας στο κάτω μέρος του στόματος, κάτω από τη γλώσσα και κλείστε το στόμα.
   c. Χρήση στο Οριθό (60 δευτ.): τοποθετήστε την άκρη της ακίδας λίγα χιλιοστά μέσα στο οριθό. Εάν κατά τη διάρκεια της μέτρησης βρείτε αντίσταση, διακόψτε με μέσως. Για να μετρήσετε τη θερμοκρασία από το οριθό του βρέφους, ξαπλώστε το βρέφος σε μια σκληρή επιφάνεια στο πλάι και φέρτε τα πόδαράκια προς το στήθος του και κρατήστε το ακίνητο για να μην μπορεί να κινείται κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Να θυμάστε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος είναι πάντα ελαφρά υψηλότερη από την εξωτερική (περίπου 0,5°C).
4. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί ότι έχει γίνει η ανίχνευση. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΕΤΟΥ: Εάν η θερμοκρασία είναι ≥ 37,8 °C (≥ 100,0 °F), ακούγεται ένας ήχος συναγερμού.
5. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Lo°C/ Lo°F, η τιμή της θερμοκρασίας που έχει μετρήσει το θερμόμετρο είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή στο φάσμα μέτρησης. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Hi°C/ Hi°F, η τιμή της θερμοκρασίας που έχει μετρήσει το θερμόμετρο είναι ανώτερη από τη μέγιστη τιμή στο φάσμα μέτρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι το θερμόμετρο έχει τοποθετηθεί σωστά και να επαναλάβετε τη μέτρηση.
6. Αφού πραγματοποιηθεί η μέτρηση, σβήστε το θερμόμετρο πατώντας το κουμπί (εάν το ξεχάσετε αναμμένο, θα σβήσει μόνο του έπειτα από περίπου 10 λεπτά).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ °C/°F

Για να μεταβείτε από τη μία κλίμακα στην άλλη, όταν το θερμόμετρο είναι σβηστό, κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για 2 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η αλλαγή της μονάδας μέτρησης. Αφήστε το κουμπί. Το θερμόμετρο επανεκκινεί αυτόματα τη διάδικασία της δοκιμαστικής μέτρησης και μπορείτε να πραγμφτέστε κανονικά στη μέτρηση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το θερμόμετρο τροφοδοτείται από μια μπαταρία τύπου LR-41 (ή L736) και η ελάχιστη διάρκειά της είναι πάνω από 1500 μετρήσεις. Όταν εμφανίζεται το σύμβολο " " αναμένει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία: σύρετε το κατάκι για να το βγάλετε, αφού πρώτα ξεβιδώσετε τη βίδα με ένα μικρό κατσαβίδι, και στη συνέχεια αντικαταστήστε την εξαντλημένη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήτε σωστά την μπαταρία και ότι το σύμβολο "+" βρίσκεται προς τα κάτω. Κλείστε καλά το κατάκι στη θήκη των μπαταριών και βιδώστε τη βίδα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο τέλος του ευγχειρίδιου χρήσης. Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά σε περίπτωση κατάποσής τους, είναι τοξικές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Μπορείτε να καθαρίσετε το θερμόμετρο και την ακίδα με λίγο βαμβάκι με οινόπνευμα ή με οπολυμαντικό διάλυμα. Η ακίδα είναι διάβαθρυη. Η ακίδα δεν είναι αδιάβροχη, μην την βυθίζετε στο νερό ή σε άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά απορρυπαντικά, διαλυτικά ή βενζόλιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύρος μέτρησης της θερμοκρασίας: 32°C (90.0°F) - 42.9°C (109.9°F)
Ακρίβεια: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); ±0,2°C [0.4°F] <35,5°C >42,0°C;
Τροφοδοσία: μπαταρίες LR41-L736:1.5V DC ή ισοδύναμη μπαταρία
Εύρος παγνυσης μέτρησης: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), Η σχετική υγρασία κυμαίνεται ανάμεσα στο 15% και το 95% και δεν συμπυκνώνεται σε συμπύκνωση; 700hPa - 1060 hPa
Αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής: 10000 μετρήσεις

- Επίπεδο θερμοκρασίας για τη συντήρηση: -25°C~55°C
- Φυλάξτε τη συσκευή σε χώρο στεγνό. Επίπεδο θερμοκρασίας για τη συντήρηση: 20%-85%
- Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης φύλαξης: 700-1060hPa
- Τμήμα που έχει εφαρμοστεί τύπου BF

IP22 βαθμός προστασίας ενάντια στην είσοδο στερεών σωμάτων διαστάσεων/διαμέτρου ≥ 12 mm και υγρών εαν ψφίσταται στάλαξη με κλίση 15° σε σχέση με το προϊόν.

- Κατασκευαστής (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/47ΕΚ)
- Παρτίδα παραγωγής
- Κωδικός αναφοράς στον κατάλογο προϊόντος
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη
- Προσοχή
- Σήμανση CE με αριθμό καταχώρισης του Κοινοποιημένου Οργανισμού. Αυτό δείχνει τη συμμόρφωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ στις ιατροτεχνολογικές συσκευές.
- εγχειρίδιο οδηγιών
- Ψηφιακο Θερμομετρο

Συμμορφώνεται με την οδηγία MDD93/42/CEE και 2007/47/CE
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 12470-3:2000+A1:2009
Κλινικά θερμόμετρα — Μέρος 3: επιδόσεις συμπαγών ηλεκτρικών θερμομέτρων μεγίστου (ολκοκτης και προβλεψεις)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες ΗΜΣ. Παρεμβολή ραδιοφωνικών / ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων (CEM/RFI): οι ενδείξεις μπορεί να επηρεαστούν εάν η συσκευή λειτουργεί σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνοτήτων (η μεγαλύτερη απολεκτέτικά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Δεν θα επηρεαστεί μόνιμα. Διατηρείτε το θερμόμετρο τουλάχιστον 1 m μακριά από τους πομπούς RF, για να αποφεύγεται η παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων.

Το Chicco Digibaby REF 00009059000000 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που αναφέρεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Chicco Digibaby REF 00009059000000 πρέπει να βεβαιώνεται ότη η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με αυτά τα χαρακτηριστικά.		
Δήλωση του κατασκευαστή και κατευθυντήριες γραμμές - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές		
Φαινόμενο	Επαγγελματικοί χώροι περίβαλλης [4])	ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [4])
Φερόμενες και ακτινοβολούμενες ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΣ	[4])	CISPR 11 Ομάδα 1 Κλάση Β
Αρμονική παραμόρφωση και διακυμάνσεις τάσης/flicker (τρεμουλιο)	Δεν ισχύει	
a) Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση σε οικιακό περιβάλλον υγείας και σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής φροντίδας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα δωμάτια των ασθενών και σε τμήματα που προορίζονται για τη θεραπεία ή στα εξωτερικά ιατρεία διάγνωσης των νοσοκομείων και κλινικών. Στις δοκιμές ατρωσίας επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν τα πιο αυστηρά όρια αποδοχής.		
Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία - Εισοδος: κάλυμμα		
	Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας	
Φαινόμενο	Επαγγελματικοί χώροι περιθάλψης	ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [4])
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ	IEC 61000-4-2	± 8 kV σε επαφή ± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV αέρας
Ακτινοβολούμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε ραδιοσυχνότητα	IEC 61000-4-3	[4] 10 V/m [3]) 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM σε 1 kHz
Πεδία κοντά σε ασύρματες συσκευές επικοινωνίας σε ραδιοσυχνότητα	IEC 61000-4-3	ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις αποστάσεις που πρέπει να διατηρούνται ανάμεσα σε φορητό και κινητό εξοπλισμό επικοινωνίας με PZ (πομπούς) και το Chicco Digibaby REF 00009059000000 μπορείτε να ζητήσετε από την Artsana S.p.A. ή ο κατασκευαστής Vega Technologies Inc. χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ωστόσο, συνιστάται να διατηρείτε το θερμόμετρο σε απαγή απόσταση (τουλάχιστον 1 m) από κινητά τηλέφωνα ή άλλους πομπούς επικοινωνίας με PZ, προκειμένου να μειώνεται η πιθανή παρεμβολή.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ συχνότητα ισχύος μαγνητικών πεδίων	IEC 61000-4-8	30 A/m [5]) 50 Hz ή 60 Hz

[4]) Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση σε οικιακό περιβάλλον υγείας και σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής φροντίδας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα δωμάτια των ασθενών και σε τμήματα που προορίζονται για τη θεραπεία ή στα εξωτερικά ιατρεία διάγνωσης των νοσοκομείων και κλινικών. Στις δοκιμές ατρωσίας επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν τα πιο αυστηρά όρια αποδοχής.
[5]) Πριν τη διαμόρφωση.
[1]) Αυτό το επίπεδο δοκιμής προϋποθέτει μια ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 15 ανάμεσα στο Chicco Digibaby REF 00009059000000 2 1 και πηγές μαγνητικών πεδίων συχνότητας ισχύος.

ΓΤΥΓΙΣΗ

Το θερμόμετρο καλύπτεται με εγγύηση έναντι ελαττωμάτων κατασκευής, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο εγχειρίδιο οδηγιών, για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση. Σε περίπτωση που το θερμόμετρο θα χρειαστεί επισκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλείστε να το στείλετε με τη σχετική απόδειξη αγοράς (πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά) στον διανομέα, ο οποίος θα ενεργήσει για τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση. Η παρούσα εγγύηση δεν χορηγεί στον αγοραστή κανένα ιδιαίτερο δικαίωμα νομικής φύσης. Τα δικαιώματα του αγοραστή μπορούν να ποικίλουν από χώρα σε χώρα ή από κράτος σε κράτος. Σε περίπτωση που συναντήσετε προβλήματα που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, απευθυνθείτε στο μεταπωλητή ή στο διανομέα των προϊόντων της Artsana S.p.A. Το προϊόν εφόσον χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεν έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή. Σε περίπτωση που το προϊόν σπάσει ή φθαρεί, απορρίψτε το σύμφωνα με τις οδηγίες.

PL Termometr Cyfrowy Pediatryczny DIGI BABY

INSTRUKCJA UŻYCIA

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem i zachować ją na przyszłość.

Termometr do pomiaru bezpośredniego.

OSTRZEŻENIA

Przed pierwszym użyciem i po wykonaniu każdego pomiaru należy wyczyścić i zdezynfekować sondę. Przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nigdy nie pozostawiać dziecka samego podczas pomiaru temperatury. Termometr zawiera małe części (baterie, itp.), które mogą zostać połknięte przez dzieci i stworzyć zagrożenie dla ich zdrowia. Ewentualne użycie przez osoby o ograniczonych zdolnościach kognitywnych musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej. Termometr służy wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. W przypadku wstrząsów, uderzeń lub w razie wątpliwości na temat funkcjonowania produktu należy się zwrócić do dystrybutora. W razie wątpliwości lub wzrostu temperatury, należy się skontaktować z lekarzem. Po zakończeniu użytkowania, należy odłożyć termometr do futerału. Nie próbować otwierać termometru, modyfikować go lub naprawiać. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru temperatury, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Włączyć termometr za pomocą przycisku ON/OFF
2. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno następujące napisy:
"88.8 °F" » "Ostatnio wykonany pomiar" (np. 36,0°C M/96,8°F M) » "37,0°C/98,6°F" (auto test temperatury) » "Lo°C/ Lo°F" z migającym °C oznacza początek pomiaru (termometr rozpoczyna pomiar temperatury natychmiast po wyczuciu ciepła ciała ludzkiego)
3. Umieścić urządzenie:
   a. Pomiar pod pachą (60 sek.): umieścić końcówkę sondy pod pachą i przycisnąć ramię do piersi.
   b. Pomiar w ustach (60 sek.): umieścić końcówkę sondy w dolnej części ust, pod językiem, i zamknąć usta.
   c. Pomiar rektalny (60 sek.): wsunąć końcówkę sondy do odbytu na głębokość kilku milimetrów. Jeżeli podczas tej czynności zostanie napotkany opór, należy natychmiast przerwać działanie. W celu dokonania pomiaru temperatury noworodka w odbycie, należy ułożyć dziecko w pozycji boczanej na płaskiej, sztywnej powierzchni i dosunąć nóżki do klatki piersiowej, utrzymując je w pozycji nieruchomej tak, by nie mogło się obrócić podczas pomiaru. Pamiętać, że wewnętrzna temperatura ciała jest zawsze nieco wyższa od temperatury zewnętrznej (o około 0,5°C).
4. Sygnał dźwiękowy zasygnalizuje, że termometr zakończył pomiar. ALARM GORĄCZKI: Jeśli temperatura osiągnie ≥ 37,8°C (≥ 100,0°F), zostanie aktywowany sygnał alarmowy.
5. Jeżeli zostanie wyświetlony napis Lo°C/ Lo°F, termometr zmierzył temperaturę niższą od minimalnej wartości interwału pomiarowego. Jeżeli zostanie wyświetlony napis Hi°C/ Hi°F, termometr zmierzył temperaturę wyższą od maksymalnej wartości interwału pomiarowego.W tym przypadku należy sprawdzić prawidłowe ułożenie termometru i powtórzyć pomiar.
6. Po zakończeniu pomiaru, należy wyłączyć termometr naciskając przycisk (jeżeli termometr nie zostanie wyłączony, po 10 minutach nastąpi jego samoistne wyłączenie).

WYBÓR SKALI °C/°F

W celu przejścia z jednej skali do drugiej, przy wyłączonym termometrze należy przytrzymać wciśnięty przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, po czym zostanie wyświetlona zmiana jednostki pomiaru. Po zwolnieniu przycisku, termometr rozpocznie w sposób automatyczny procedurę auto test w celu przystąpienia do pomiaru.

WYMIANA BATERII

Termometr jest zasilany baterią typu LR-41 (lub L736), której minimalna żywotność osiąga 1500 pomiarów. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol " " oznacza to, że bateria jest rozładowana. W celu wymiany baterii: przy użyciu małego wkrętaka wyjąć śrubkę zabezpieczającą, zsunąć pokrywę i wymienić zużytą baterię. Upewnić się, że bateria została włożona w prawidłowy sposób, ze znakiem "+" zwróconym w dół. Zamknąć pokrywę schowka na baterie i przykręcić śrubkę. Zużyte baterie należy utylizować w specjalnych pojemnikach do recyklingu zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na końcu instrukcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci: w przypadku połknięcia są one toksyczne.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Termometr i jego sonda mogą być czyszczone przy użyciu bawełnianych płatków zwilżonych alkoholem lub roztworem dezynfekującym. Sonda jest wodoodporna. Przyrząd nie jest wodoodporny, nie należy go zanurzać, ani używać w pobliżu wody lub innych płynów. Nigdy nie używać detergentów ścierających, rozpuszczalników lub benzenu.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)
Dokładność: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); ±0,2°C [0.4°F] <35,5°C >42,0°C;
Zasilanie: bateria LR 41 (L736):1.5V DC lub równoważna
Temperatura pracy 10°C – 35°C (50°F - 95°F), wilgotność względna pomiędzy 15% a 95% bez kondensacji; 700hPa - 1060 hPa
Oczekiwana użyteczna żywotność: 10000 pomiarów

- Zakres temperatur przechowywania: -25°C~55°C
- Przechowywać w suchym miejscu. Zakres wilgotności przechowywania: 20%-85%
- Zakres ciśnienia atmosferycznego do przechowywania: 700-1060 hPa
- Zastosowana część: miejscu typu BF

IP22 Stopień ochrony przed wprowadzeniem ciał stałych o wielkości/średnicy ≥ 12 mm oraz cieczy w przypadku kapiącej wody przy przechyleniu pod kątem 15° w porównaniu z produktem.

- Producent (manufacturer) (Dyrektywa 93/42/EWG zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE)
- Partia produkcyjna
- Kod w katalogu produktu
- Upoważniony przedstawiciel europejski
- Ostrzeżenie
- Znak CE z numerem rejestracyjnym jednostki notyfikowanej. Oznacza to zgodność z europejską dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych.
- Instrukcją obsługi
- Termometr Cyfrowy

Zgodny z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (MDD), zmienioną dyrektywą 2007/47/WE Zgodny z normą EN 12470-3:2000+A1:2009 Termometry lekarskie - Część 3: Elektryczne termometry kompaktowe z urządzeniem maksymalnym (nieprognozujące i prognozujące)

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Urządzenia elektromedyczne wymagają szczególnych środków ostrożności w kwestii kompatybilności elektromagnetycznej i trzeba je instalować oraz uruchamiać zgodnie z podanymi informacjami na temat kompatybilności elektromagnetycznej. Interferencja częstotliwości radiowych/elektromagnetycznych (CEM/RFI): odczyty pomiarów mogą podlegać zakłóceniom, jeżeli urządzenie jest używane w polu elektromagnetycznym o częstotliwości radiowej wyższej niż 10 Volt/metr, jednak parametry robocze urządzenia nie zostaną zmienione w sposób trwały. Aby uniknąć interferencji radiowych, termometr należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od nadajników nadających na częstotliwościach radiowych.

Chicco Digibaby REF 00009059000000 jest przeznaczony do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym o podanych poniżej parametrach. Nabywca lub użytkownik Chicco Digibaby REF 00009059000000 musi się upewnić, że urządzenie będzie używane w takich warunkach.		
Deklaracja producenta i wytyczne – emisja fal elektromagnetycznych		
Zjawisko	Profesjonalne placówki opieki zdrowotnej [4])	OTOCZENIE DOMOWE [4])
EMISJE częstotliwości radiowych przewodzone i promieniowane	[4])	CISPR 11 Grupa 1 Klasa B
Zniekształcenia harmoniczne i wahania napięcia/flicker (migotanie)	Nie dotyczy	
a) Urządzenie jest przeznaczone do użytku w otoczeniu domowym oraz w środowisku profesjonalnej opieki medycznej, wyłącznie w oddziałach pacjentów oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do leczenia lub diagnostyki ambulatoryjnej w szpitalach lub klinkach. Uwzględniono i przyjęto najwyższe limity dopuszczenia, przewidziane dla Grupy 1 Klasa B (CISPR 11).		
Deklaracja produktu i wytyczne - Odporność elektromagnetyczna – Port: Obudowa		
	Poziomy badania odporności	
Zjawisko	Profesjonalne placówki opieki zdrowotnej	OTOCZENIE DOMOWE [4])
WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE	IEC 61000-4-2	± 8 kV dotykowe ± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrzne
Pola elektromagnetyczne promieniowane o częstotliwościach radiowych	IEC 61000-4-3	[4] 10 V/m [3]) 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM 1 kHz
Pola w pobliżu bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych o częstotliwości radiowej	IEC 61000-4-3	ZGODNE Uwaga: dodatkowe informacje na temat odległości pomiędzy mobilnym i przenośnym sprzętem do komunikacji radiowej (nadajniki) a Chicco Digibaby REF 00009059000000 można uzyskać, kontaktując się ze spółką Artsana S.p.A. Lub producenta - Vega Technologies Inc. przy użyciu danych kontaktowych podanych w tej instrukcji. W celu zmniejszenia do minimum możliwych zakłóceń, zaleca się jednak trzymanie termometru w odpowiedniej odległości (przynajmniej 1 m) od telefonów komórkowych lub innego sprzętu komunikacji radiowej.
Pola magnetyczne o ZNAMIONOWEJ częstotliwości sieciowej	IEC 61000-4-8	30 A/m [5]) 50 Hz lub 60 Hz

[4]) Urządzenie jest przeznaczone do użytku w otoczeniu domowym oraz w środowisku profesjonalnej opieki medycznej, wyłącznie w oddziałach pacjentów oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do leczenia lub diagnostyki ambulatoryjnej w szpitalach lub klinkach. W badaniach odporności uwzględniono i zastosowano najbardziej rygorystyczne limity akceptacji.
[5]) Przed modulacją.
[1]) Ten poziom testu zakłada zachowanie pomiędzy Chicco Digibaby REF 00009059000000a źródłami pól magnetycznych o częstotliwości sieciowej odległości co najmniej 15 cm.

GWARANCJA

Termometr posiada gwarancje na wady fabryczne w normalnych warunkach użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi, przez okres dwóch lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. W przypadku naprawy w okresie gwarancyjnym, należy wysłać termometr wraz z dowodem zakupu (do wykazania) do dystrybutora, który zajmie się naprawą lub bezpłatną wymianą. Niniejsza gwarancja nie daje kupującemu żadnych szczególnych praw. Prawa nabywcy mogą zmieniać się w zależności od kraju lub regionu. W przypadku problemów niewymienionych w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Artsana SpA. Produkt używany i przechowywany zgodnie z instrukcją obsługi ma nieograniczony okres użytkowania. W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia produktu, usuwać zgodnie z instrukcją.

TR DIGI BABY Dijital Pediatrik Termometre

KULLANIM ÖNERILERI

Kullanmadan önce uyarıları ve kullanım önerilerini dikkatlice okuyunuz ve ileride referans olmak üzere saklayınız.

Doğrudan ölçüm için termometre.

UYARILAR

İlk kullanımdan önce ve her ölçümden sonra sondayı temizleyip dezenfekte ediniz. Bu cihaz bir oyuncak değildir; çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklayınız. Ölçüm sırasında çocukları asla tek başlarına bırakmayınız. Ürün, çocukların yutabileceği ve sağlığa zararlı olabilecek küçük parçalar (pil vs…) içerir. Zihinsel yetilerinde sorun yaşayan kişiler cihazı ancak bir yetişkinin denetimi altında kullanmalıdır. Termometre sadece beden ısısını ölçmek amacıyla kullanılır. Cihaz darbe aldığı veya düştüğü takdirde, ya da cihazın çalışmasıyla ilgili şüpheye düşmeniz durumunda, distribütöre başvurunuz. Şüpheli durumlarda veya yüksek ateş durumunda doktorunuza başvurunuz. Kullandıktan sonra kılıfında saklayınız. Termometrenin içini açmaya, onarmaya ya da üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayınız. Doğru ölçüm yapmak için aşağıdaki talimatlara uyunuz.

KULLANIM ŞEKLI

1. ON/OFF düğmesine basarak termometreyi açınız
2. Ekranda sırayla aşağıdaki yazılar belirecektir:
"88.8 °F" » "Yapılan son ölçüm" (örn. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98,6°F" (ototest isisi) » "Lo°C/ Lo°F" belirip °C yanıp söndüğü zaman ölçümün başladığı belirtilir (termometre vücut isisina temas ettiği anda ölçüme başlar)
3. Termometrenin yerleştiriniz:
   a. Koltukaltı Kullanımı (60 san.): sondanın ucunu koltukaltı boşluğuna yerleştirerek koluınuzu vücudunuza bastırınız.
   b. Ağızdan Kullanım (60 san.): sondanın ucunu ağzınızın alt kısmına, dilin altına yerleştirerek ağzınızı kapatınız.
   c. Rektal Kullanım (60 san.): sondanın ucunu rektuma birkaç mm sokunuz. İşlem sırasında herhangi bir direnç hissettiğiniz anda işlemi hemen durdurunuz. Yeni doğanların ateşini rektal yoldan ölçmek için, bebeğinizi sert bir yüzeye yan yatırınız, bacaklarını göğsüne doğru itiniz ve ölçüm sırasında hareket etmemesi için sabit tutunuz. Vücudun iç sıcaklığının her zaman dış sıcaklığından hafifçe daha yüksek olduğunu unutmayınız (yaklaşık 0,5°C).
4. Ölçüm tamamlanınca sesli bir sinyal duyulur. ATEŞ ALARMI: Ölçülen beden ısısı ≥ 37.8 °C (≥ 100.0 °F) ise bir alarm sinyali duyulur.
5. Lo°C/ Lo°F yazısı belirirse, termometrenin ölçüm aralığının minimum değerinin altında kalan bir değer bulduğunu işaret eder. Hi°C/ Hi°F yazısı belirirse, termometrenin ölçüm aralığının maksimum değerini aşan bir değer bulduğunu işaret eder. Bu durumlarda termometrenin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ederek ikinci bir ölçüm yapmanız tavsiye edilir.
6. Ölçüm yapıldıktan sonra açma kapama düğmesine basarak termometreyi kapatınız (cihaz açık unutulduğu takdirde yaklaşık 10 dakika sonra kendiliğinden kapanacaktır).

°C/°F BİRİM SEÇİMİ

Bir birimden diğerine geçmek için, termometre kapalıyken ON/OFF düğmesine 2 saniye boyunca basınız; ölçü biriminin değiştiği ekranda gösterilecektir. Düğmeyi bırakınız; bu noktada termometre otomatik olarak ototest işlemini başlatacaktır.

PİLLERIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Termometre LR-41 (veya L736) tipi bir pille beslenir, pilin minimum süresi 1500 ölçüme eşittir " " sembolü pilin boşaldığını haber verir. Pili değiştirmek için: Küçük bir tornavida yardımıyla vidaları söktükten sonra pil bölmesinin kapağını çekerek çıkarınız, boş pili değiştiriniz. Pilin "+" işareti bulunan ucunun aşağı bakması gerekir. Pil bölmesinin kapağını kapatınız ve vidaları sıkınız. Boş piller, talimatların sonunda belirtilen şekilde ayrıştırılmış atık olarak elden çıkarılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız: yutuldukları takdirde zehirli etkileri vardır.

TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ET